ANEXO No.1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA TENER EN CUENTA EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA LA ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS AUDITIVAS EN EL SSFM

Las especificaciones técnicas mínimas contenidas en este anexo aplican para la contratación de adaptación de prótesis auditivas de cada Fuerza a nivel nacional, con el fin de proporcionar a los usuarios afiliados al SSFM un servicio de salud integral, eficiente y oportuno. Para lo cual se definen los tipos de audífonos y sus características básicas así:

1. TIPO DE AUDÍFONOS

1. Retroauricular (BTE)
2. Retroauricular receptor en el canal (RIC).
3. Completamente en el canal (CIC)
4. Intraauricular (ITC): Canal media concha y full concha.

2. CARACTERISTICAS BASICAS

- Audífonos con circuito multicanal de 12 canales y/o tecnología libre de canales.
- Audífonos que cubran todos los modelos y tamaños, BTE, adaptación abierta con y sin receptor en el canal con opción micro molde, CIC, ITC y concha (con todo tipo de baterías).
- Cobertura para todo tipo y grado de pérdida Auditiva incluyendo hipoacusias profundas (Super power)
- Audífonos con tecnología para Tinnitus en caso de los usuarios que lo requieran.
- Tecnología Digital actualizada (especificar año de lanzamiento mínimo 3 años en Colombia)
- Circuito de compresión WDRC,AGCO, EWRC
- Sistema micrófono adaptativo
- Mínimo ruido interno audible
- Reductor de ruido
- Realce de habla
- Control automático de feedback
- Programa automático para uso del teléfono
- Sistema para alerta de batería baja, cambio de programa y telebobina
- Conexión inalámbrica
- Audiometría IN SITU
- Compatible con sistema FM
- Registro de datos
- kit de mantenimiento del audífono para niños y adultos
- Audífonos con condiciones o aditamentos de seguridad para usuarios pediátricos
- Versatilidad en reajustes (ajuste permanente de compresión y ganancia)
- Las fichas Técnicas deben ser presentadas en español y adjuntadas con las propuestas.